Technology for Life

Messvorschrift Ammoniak in Luft

Dräger-Röhrchen Ammoniak 0,25/a
Bestellnr. 8101711

Messvorschrift:

Messbereich Ammonaik	gilt für Skalenbereich	Hubzahl	Auswertung	Relative Standard-abweichung
2,5 – 30 ppm	0,25 – 3 ppm	1	Anzeige x 10 = ppm	± 30%
0,5 - 6 ppm	0,25 – 3 ppm	5	Anzeige x 2 = ppm	± 30%
0,25 – 3 ppm	0,25 – 3 ppm	10	Anzeige = ppm	± 10-15%
0,125 – 1,5 ppm	0,25 – 3 ppm	20	Anzeige x 0,5 = ppm	± 30%
0,05 – 0,6 ppm	0,25 – 3 ppm	50	Anzeige x 0,2 = ppm	± 40%
0,05 – 0,15 ppm	1 – 3 ppm	100	Anzeige x 0,05 = ppm	± 40%

Hydrazin wird mit unterschiedlicher Empfindlichkeit angezeigt.

Measurement of Ammonia in air

Draeger-Tube Ammonia 0.25/a
Order code 8101711

Measuring instruction:

Measuring Range Ammonia	Valid scale range	Number of strokes	Evaluation	Standard- Deviation
2,5 – 30 ppm	0,25 – 3 ppm	1	Reading x 10 = ppm	± 30%
0,5 - 6 ppm	0,25 – 3 ppm	5	Reading x 2 = ppm	± 30%
0,25 – 3 ppm	0,25 – 3 ppm	10	Reading = ppm	± 10-15%
0,125 – 1,5 ppm	0,25 – 3 ppm	20	Reading x 0,5 = ppm	± 30%
0,05 – 0,6 ppm	0,25 – 3 ppm	50	Reading x 0,2 = ppm	± 40%
0,05 – 0,15 ppm	1 – 3 ppm	100	Reading x 0,05 = ppm	± 40%

Hydrazine is indicated with different sensitivity.

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Germany
Tel. +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com
www.draeger.com

Ihre lokalen Ansprechpartner finden Sie unter:
www.draeger.com/contact

Locate your regional Dräger contact person at:
www.draeger.com/contact

© Dräger Safety AG & Co. KGaA